Rapport sur linstrument propre à arreter lhemorgie qui seroit fournie par louverture de lartere de la dure mere

Mr delville eleve en chirurgie de lecole pratique, a presenté cet instrument a lacademie, la simplicité de cette machine a dispensé Mr delville den faire la description, cest une petite plaque dacier longuette et recourbée de maniere quelle forme une anse. lune de ces extremités doit etre introduite sous le crane afin de comprimer lartere ouverte contre los qui doit fournir le point dappui. lautre extremité qui reste en dehors est garnie dun ecrou dans le quel passe une petite vice la quelle etant serrée appuie sur la surface exterieure des os du crane, et par ce mouvement, en appellant au ~~dehors~~ la petite plaquette interne elle fait une compression aussi forte et aussi foible quon le desire. Mr foulquier a presenté a lacademie, il ny a pas longtemps un tourniquet, propre a remplir la meme indication, cet instrument de Mr foulquier est plus compliqué que celuy de Mr delville; mais il est dun usage plus etendu. on peut reprocher a linstrument de Mr delville que lecartement des deux plaquettes etant toujours le meme il ne pourroit pas se trouver proportionné aux differents cranes tantot plus minces tantot plus epais, la longueur de la plaquette interne peut aussi netre pas suffisante pour porter la compression aussi avant sous le crane quon le desireroit, Mr delville ne manqueroit pas de repondre a ces objections en disant quil est aisé de multiplier linstrument et den faire de formes differentes et appropriées aux differents cas, sous ce point de vue on peut ajouter aux instruments necessaires pour le trepan, plusieurs petits presoirs de Mr delville et il paroit que lacademie peut en vertu de la simplicité de ce moien luy donner son approbation

le 9 juillet 1767 Sabatier [?]

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 13 d. 46 n°2